



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
по городу Москве

(наименование территориального органа)

САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ **77.01.16.000.М.003351.06.15**

от **04 июня 2015 г.**

Настоящим санитарно-эпидемиологическим заключением удостоверяется, что производство (заявленный вид деятельности, работы, услуги) (перечислить виды деятельности (работ, услуг), для производства — виды выпускаемой продукции; наименование объекта, фактический адрес):

Условия выполнения работ при осуществлении деятельности в области использования источников ионизирующего излучения согласно приложению.; ФГБУ "ЭНДОКРИНОЛОГИЧЕСКИЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР" МИНЗДРАВА РОССИИ; г. Москва, улица Дмитрия Ульянова, дом 11

Заявитель (наименование организации-заявителя, юридический адрес)
**ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
"ЭНДОКРИНОЛОГИЧЕСКИЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР" МИНЗДРАВА РОССИИ**
(ИНН:7728016351 . ОГРН:1027739455996)
Юридический адрес: г. Москва, улица Дмитрия Ульянова, дом 11

СООТВЕТСТВУЕТ (НЕ СООТВЕТСТВУЕТ) государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам (ненужное зачеркнуть, указать полное наименование санитарных правил)

СанПиН № 2.6.1.2523-09 "Нормы радиационной безопасности" (НРБ-99/2009) СП 2.6.1.2612-10 "Основные санитарные правила обеспечения радиационной безопасности" (ОСПОРБ-99/2010) СанПиН 2.6.1.1192-03 "Гигиенические требования к устройству и эксплуатации рентгеновских кабинетов, аппаратов и проведению рентгенологических исследований" СанПиН 2.6.1.-2368-08 "Гигиенические требования по обеспечению радиационной безопасности при проведении лучевой терапии с помощью открытых радионуклидных источников"

Основанием для признания условий производства (вида деятельности, работ, услуг) соответствующими (не соответствующими) государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам являются (перечислить рассмотренные документы): Заявление в Управление Роспотребнадзора по г. Москве № 01-13253-2 от 05.05.2015 г.; Экспертное заключение по результатам санитарно-эпидемиологической экспертизы от 05.05.2015 года № Д/77/2015/05/0001/ АНО "Научно-исследовательский институт гигиенических и эпидемиологических проблем города" (свидетельство об аккредитации № РОСС RU.0001.410152)



Заключение действительно до **03.06.2020**

Главный государственный санитарный врач
(заместитель главного государственного санитарного врача)

по г. Москве

Игнатова Е.Н.

№ **2604652**





**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

**УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА ПО ГОРОДУ МОСКВЕ**

(наименование территориального органа)

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОМУ ЗАКЛЮЧЕНИЮ**

№ 77.01.16.000.М.003351.06.15 от 04 июня 2015 г.

Заявитель: ФГБУ «ЭНДОКРИНОЛОГИЧЕСКИЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР» МИНЗДРАВА
РОССИИ

Фактический адрес: г. Москва, ул. Дмитрия Ульянова, д.11

Проводятся работы: эксплуатация источников ионизирующего излучения
(генерирующие)

Объект, используемый для осуществления работ:

Рентгеновский кабинет № 1102 (отделение радионуклидной диагностики и терапии, 1-й этаж):

– ОФЭКТ/КТ «Discovery NM/CT 670»,
заводской № системы/стола RU1516NM02/SAN00313,
год выпуска/год монтажа – 2013/2015,
производитель «GE Medical Systems Israel», Израиль.

Проводятся работы: эксплуатация источников ионизирующего излучения (открытые радионуклидные)

Объект, используемый для осуществления работ:

Отделение радионуклидной диагностики и терапии (1-й этаж):

РФП диагностические

- генератор технеция - ^{99m}Tc , годовая потребляемая активность - 1065 ГБк
- фасовки РФП на основе - ^{123}I , годовая потребляемая активность - 188 ГБк
- фасовки РФП на основе - ^{111}In , годовая потребляемая активность - 139 ГБк
- фасовки РФП на основе - ^{131}I , годовая потребляемая активность - 208 ГБк

РФП лечебные

- ^{131}I , годовая потребляемая активность - 4160 ГБк



Главный государственный санитарный врач
(заместитель главного государственного санитарного врача)

Игнатова Е.Н.

по г. Москве

